

Warszawa, dnia 19 listopada 2015 r.

Poz. 1102

**OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR**

z dnia 19 października 2015 r.

w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML)

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1223) ogłasza się:

- 1) wykaz numerów i tytułów dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML), uznanych przez Komisję Europejską w 2014 r. za specyfikacje zharmonizowane¹⁾, wraz ze wskazaniem tych postanowień, których spełnienie pozwala na domniemanie zgodności przyrządu pomiarowego z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2004/22/WE (MID)²⁾ wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27 oraz z 2010 r. Nr 163, poz. 1103) – wykaz określa załącznik nr 1 do obwieszczenia;
- 2) wykaz numerów i tytułów dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML), wycofanych przez Komisję Europejską w 2014 r.³⁾, uprzednio uznanych za specyfikacje zharmonizowane, gdzie wskazano te postanowienia, których spełnienie pozwalało na domniemanie zgodności przyrządu pomiarowego z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2004/22/WE (MID) wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych – wykaz określa załącznik nr 2 do obwieszczenia.

Prezes Głównego Urzędu Miar: *J.M. Popowska*

¹⁾ Komunikat Komisji w ramach wykonania dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych (Publikacja odniesień do dokumentów normatywnych sporządzonych przez OIML oraz wykaz ich części odnoszących się do wymagań zasadniczych (zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy)) (Dz. Urz. UE C 76 z 14.03.2014, str. 1) oraz komunikat Komisji w ramach wykonania dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych (Publikacja odniesień do dokumentów normatywnych sporządzonych przez OIML oraz wykaz ich części odnoszących się do wymagań zasadniczych (zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy)) (Dz. Urz. UE C 443 z 11.12.2014, str. 1).

²⁾ Dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (Dz. Urz. UE L 135 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 149).

³⁾ Komunikat Komisji w ramach wykonania dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych (Wycofanie publikacji odniesień do dokumentów normatywnych sporządzonych przez OIML oraz wykaz ich części odnoszących się do zasadniczych wymogów) (Dz. Urz. UE C 76 z 14.03.2014, str. 21) oraz komunikat Komisji w ramach wykonania dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych (Wycofanie publikacji odniesień do dokumentów normatywnych sporządzonych przez OIML oraz wykazu ich części odnoszących się do zasadniczych wymogów) (Dz. Urz. UE C 443 z 11.12.2014, str. 6).

Załączniki do obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar
z dnia 19 października 2015 r. (poz. 1102)

Załącznik nr 1

WYKAZ NUMERÓW I TYTUŁÓW DOKUMENTÓW NORMATYWNYCH MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI METROLOGII PRAWNEJ (OIML), UZNANYCH PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ W 2014 R. ZA SPECYFIKACJE ZHARMONIZOWANE, WRAZ ZE WSKAZANIEM TYCH POSTANOWIEŃ, KTÓRYCH SPEŁNIENIE POZWALA NA DOMNIEMANIE ZGODNOŚCI PRZYRZĄDU POMIAROWEGO Z ZASADNICZYMI WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2004/22/WE (MID) WDROŻONEJ ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI Z DNIA 18 GRUDNIA 2006 R. W SPRAWIE ZASADNICZYCH WYMAGAŃ DLA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

MI-002: Gazomierze

w odniesieniu do:

— OIML R 137 wersja 2012

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik 1 i załącznik MI-002)	OIML R 137 (2012)	Uwaga
ZAŁĄCZNIK 1		
1.1.	5.3.1	Objęte, z wyjątkiem wartości Q_{\min} do Q_t
1.2.	5.13.7 5.13.3 5.13.7	Objęte
1.3.	5.1.	Objęte
1.3.1	5.1.	Objęte
1.3.2	5.12. A. 5.1 A. 5.2	Objęte, z wyjątkiem M3 (M3 nie ma zastosowania)
1.3.3	5.13.7	Objęte, z wyjątkiem E2 i E3 (E2 i E3 nie mają zastosowania)
1.3.4	5.13.7	Objęte jedynie w odniesieniu do wahań napięcia, chyba że budowa przyrządu wyklucza znaczący wpływ innych wartości na dokładność przyrządu
1.4.		
1.4.1	Rozdział 5 A. 1	Objęte

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik 1 i załącznik MI-002)	OIML R 137 (2012)	Uwaga
1.4.2	A. 4.2.1 A. 4.2.2	Objęte
2.	5.6.	Objęte, z wyjątkiem wartości $Q_{\min} \leq Q \leq Q_t$
3.	5.7.	Objęte
4.	6.3.3	Objęte
5.	5.10.	Objęte
6.	6.1.1 6.7.	Objęte
7.		
7.1.	6.1.4 9.1.1	Objęte
7.2.	6.	Objęte
7.3.	5.11. 6.7.2	Objęte, z wyjątkiem natężeń przepływu poniżej Q_{\min}
7.4.		Nie dotyczy
7.5.	6.1.1 6.1.4	Objęte
7.6.	6.4.1 12.2. I. 1.1 Załącznik I	Objęte
8.		
8.1.	5.13.8 6.5.1 9.1.4.2	Objęte
8.2.	9.1.1 9.1.3	Objęte
8.3.	I. 1.1 I. 1.3	Objęte
8.4.	I. 1.3	Objęte
8.5.	6.3.1	Objęte

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik 1 i załącznik MI-002)	OIML R 137 (2012)	Uwaga
9.		
9.1.	7.	Objęte
9.2.	7.1.	Objęte
9.3.	8.1.	Objęte
9.4.	8.1.	Objęte
9.5.	6.4.2 6.3.1	Objęte
9.6.		Nie dotyczy
9.7.	4.1.	Objęte
9.8.	7.1.	Objęte
10.		
10.1.	6.3.1	Objęte
10.2.	6.3.1	Objęte
10.3.	3.1.8	Objęte
10.4.		Nie dotyczy
10.5.	6.1.5	Objęte, z wyjątkiem zdalnego monitora
11.		
11.1.		Nie dotyczy
11.2.		Nie dotyczy
12.	10. 11.1.1 12.3.	Objęte
ZAŁĄCZNIK MI-002		
Definicje	3.1.1 3.3.3 3.3.2 3.3.4 3.4.3 i 5.11	Objęte
1.	12.2.	Objęte

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik 1 i załącznik MI-002)	OIML R 137 (2012)	Uwaga
1.1.	5.2.	Objęte dla klasy 1,5, jeśli $Q_{\max}/Q_{\min} \geq 150$ Objęte dla klasy 1,0, jeśli $Q_{\max}/Q_{\min} \geq 20$
1.2.	5.1. 12.6.7.1	Objęte
1.3.	5.1.	Objęte
1.4.	5.1.	Objęte
1.5.	5.1.	Objęte
2.		
2.1.	5.3. 5.4.	Objęte
2.2.	5.3.5	Objęte, jeśli obrona temperatura t_{sp} mieści się w zakresie od 15°C do 25°C
3.		
3.1.		
3.1.1	5.13.7	Objęte, z wyjątkiem pola elektromagnetycznego promieniowanego i przewodzonego (RF EM)
3.1.2	12.6.15	Objęte
3.1.3	Tabela 5 3.2.7	Objęte w odniesieniu do pierwszego ppkt wymogu
3.2.	5.13.3	Objęte
4.		
4.1.		
4.1.1	5.10.	Objęte
4.1.2	5.10.	Objęte
4.2.		
4.2.1	5.10.	Nieobjęte
4.2.2	5.10.	Nieobjęte
5.		
5.1.	6.6.2	Nieobjęte

Zasadnicze wymagania w MID (załącznik 1 i załącznik MI-002)	OIML R 137 (2012)	Uwaga
5.2.	6.6.4	Objęte jedną z możliwości, jeśli bateria ma pięcioletni okres użytkowania
5.3.	6.3.2	Nieobjęte
5.4.	12.6.4	Objęte
5.5.	6.4.1	Objęte
5.6.	5.13.2	Objęte
6.	4.1.	Objęte przy zastosowaniu kg lub m ³

Uwagi:

Kolumna „Uwaga” wskazuje na zgodność pomiędzy OIML R 137 a odpowiednim wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE.

Określenie „Objęte” oznacza, że:

- wymóg OIML R 137 jest identyczny z wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE; lub
- wymóg OIML R 137 jest bardziej restrykcyjny niż wymogi zawarte w dyrektywie 2004/22/WE; lub
- całość wymogów OIML R 137 spełnia wymogi zawarte w dyrektywie 2004/22/WE (nawet gdy dyrektywa 2004/22/WE dopuszcza inne możliwości);
- w przypadku gdy wymóg nie jest w pełni objęty, krótka adnotacja wyjaśnia, która część wymogu jest objęta.

Określenie „Nieobjęte” oznacza, że wymóg zawarty w dyrektywie 2004/22/WE jest bądź to niezgodny z odpowiednim wymogiem OIML R 137, bądź też nie został ujęty w OIML R 137.

Określenie „Nie dotyczy” oznacza, że wymóg z załącznika I do dyrektywy 2004/22/WE nie dotyczy gazomierzy.

MI-006: Wagi automatyczne porcjujące

w odniesieniu do:

- OIML R 61-1 wersja 2004 (E) i D 11 wydanie 2004 (E)

Zasadnicze wymagania w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział V)	OIML R 61-1 wersja 2004 (E) i D11 wydanie 2004 (E)	Uwaga
Załącznik I		
1.1.	2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 4.1.1	Objęte
1.2.	4.1.2	Objęte (z wyjątkiem ciągłego i stałego pola elektromagnetycznego)

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział V)	OIML R 61-1 wersja 2004 (E) i D11 wydanie 2004 (E)	Uwaga
1.3.	5.2.1	Objęte
1.3.1	2.8.1, 4.2.1, 5.2.1, 2.8.1	Objęte, z wyjątkiem przypadku kondensacji wilgotności lub określonego położenia
1.3.2		Nie dotyczy
1.3.3		
a) E1 a) E2		
a) E3	D11 (14.2.2)	Objęte pod warunkiem zastosowania impulsu testowego 5 zgodnie z ISO 7637-2:2004(E)
b)	A.6.4, 4.1.2, 4.2.3 A.6.3.1, D11 (13.4) A.6.3.2, D11 (13.5), D11 (12.4) A.6.3.3 A.6.3.4.1, D11 (12.1.1), A.6.3.4.2, D11 (12.1.2), D11 (13.8), D11 (12.5),	Objęte pod warunkiem stosowania poziomów restrykcji określonych w OIML D11:2004.
1.3.4	2.8.2, A.6.2.4, 2.8.3, 4.2.6, A.6.4 D11 (13.3) D11 (12.3) 4.2.4, A.5.2, T.3.13, 2.8.4, A.6.2.5, 2.8.1.3, A.6.2.2	Objęte
1.4.		
1.4.1	A.6, A.6.1.1, załącznik A	Objęte
1.4.2	4.2.1, A.6.2.3	Objęte, z wyjątkiem badania w stanie wilgotnego gorąca z kondensacją
2.	4.3.3, A.7	Objęte
3.		Objęte przez wszystkie inne badania
4.		Objęte przez wszystkie inne badania
5.	4.1.3, 4.3.3, A.7	Objęte

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział V)	OIML R 61-1 wersja 2004 (E) i D11 wydanie 2004 (E)	Uwaga
6.	3.2.2, 3.2.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1.2, 4.2	Objęte
7.		
7.1.	3.2.1, 3.2.2	Objęte
7.2.	3.1.	Objęte
7.3.		Nie dotyczy
7.4.		Nie dotyczy
7.5.	3.1.	Objęte
7.6.	3.7, A.8, T.1.9, 3.12, 6.4, 6.5.2, T.2.1.4, 3.2.3, 3.2.4	Objęte, z wyjątkiem procedur sprawdzania
8.		
8.1.	3.2.3, 3.2.4, 3.3.3, 4.2.5	Objęte
8.2.	3.2.3, 3.2.4	Objęte
8.3.	3.2.4	Objęte
8.4.	3.2.2, 3.2.3, 3.2.4	Objęte
8.5.		Nie dotyczy
9.		
9.1.	3.10.	Objęte
9.2.		Nie dotyczy
9.3.		Nieobjęte
9.4.		Nie dotyczy
9.5.	3.3.2	Objęte
9.6.		Nie dotyczy
9.7.	2.9.	Objęte
9.8.	3.10.4, 3.11	Objęte
10.		
10.1.	T.2.3, 3.3	Objęte
10.2.	3.3.1 do 3.3.4	Objęte

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział V)	OIML R 61-1 wersja 2004 (E) i D11 wydanie 2004 (E)	Uwaga
10.3.	3.3.3	Nieobjęte
10.4.		Nie dotyczy
10.5.		Nie dotyczy
11.		
11.1.		Nie dotyczy
11.2.		Nie dotyczy
12.	3.7.	Objęte
Załącznik MI-006		
Definicje	T.1.6, T.1.7, T.1.8	Objęte
Rozdział I – Wymogi wspólne dla wszystkich rodzajów wag automatycznych		
1.	5.1.1, 4.1.1, 5.2.1	Objęte
1.1.	2.6, T.3.7, T.3.8	Objęte
1.2.	2.8.2, 2.8.3	Objęte
1.3.	2.8.1	Objęte
1.4.	3.10.1, 3.10.3	Objęte
2.		
3.		
3.1.	T.2.1.3, T.2.1.4, 2.8.4, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7	Objęte
3.2.	3.4, 3.5, 3.6, 3.7	Objęte
3.3.	3.3.1, 3.4, 3.5, 3.6	Objęte
3.4.	4.2.2	Objęte
3.5.	T.2.4, 3.8, T.2.5, 3.8.5, 3.8.6	Objęte
3.6.	3.3.3, 3.8.5.2	Objęte
4.		
Rozdział III – Wagi automatyczne porcjujące		
1.		
1.1.	5.2.1, 2.1, 2.2.2	Objęte

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział V)	OIML R 61-1 wersja 2004 (E) i D11 wydanie 2004 (E)	Uwaga
1.2.	2.1, 2.2.1, 2.2.2, 5.3.4	Objęte
1.3.	2.2.1	Objęte
1.4.	2.2.2	Objęte
2.		
2.1.		
2.1.1	2.5.	Objęte
2.1.2	2.5, A.6.1.3.2, T.3.10	Objęte
2.2.	2.2.2, Tabela 1, 5.3.2, 2.3, T.3.2	Objęte
2.3.	2.4, T.3.3	Objęte
3.		
3.1.	2.5, T.3.4	Objęte
3.2.	4.1.2, 4.2.3, T.3.1, A.6.1.3.1	Objęte
3.3.	5.2.1, T.3.9, 2.7, T.3.12	Objęte

Uwagi:

Kolumna „Uwaga” wskazuje na zgodność pomiędzy OIML R 61-1 i D 11 a odpowiednim wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE.

Określenie „Objęte” oznacza, że:

- wymóg OIML R 61-1 i D 11 jest identyczny z wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE;
- wymóg OIML R 61-1 i D 11 jest bardziej restrykcyjny niż wymóg zawarty w dyrektywie 2004/22/WE; lub
- całość wymogu OIML R 61-1 i D 11 spełnia wymogi zawarte w dyrektywie 2004/22/WE (nawet, jeśli dyrektywa 2004/22/WE dopuszcza inne możliwości);
- w przypadku gdy wymóg nie jest w pełni objęty, krótka adnotacja wyjaśnia, która część wymogu jest objęta.

Określenie „Nieobjęte” oznacza, że wymóg zawarty w dyrektywie 2004/22/WE jest bądź to niezgodny z odpowiednim wymogiem OIML R 61-1 i D 11, bądź też nie został ujęty w OIML R 61-1 ani D 11.

Określenie „Nie dotyczy” oznacza, że wymogi zawarte w załączniku I do dyrektywy 2004/22/WE nie mają zastosowania do wag automatycznych porcjujących.

MI-006: Wagi automatyczne wagonowe

w odniesieniu do:

- OIML R 106-1 wersja 1997 (E) i D 11 wydanie 2004 (E)

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział VI)	OIML R 106-1 wersja 1997 (E) i D11 wydanie 2004 (E)	Uwaga
Załącznik I		
1.1.	2.2.1, 4.1.1	Objęte
1.2.	4.1.2, 4.3.4	Objęte (z tym wyjątkiem, że R 106-1 nie obejmuje ciągłego i stałego pola elektromagnetycznego)
1.3.	5.1.1	Objęte
1.3.1	2.9.1, 4.3.3, 5.1.1, (A.8.1, A.8.2), 2.9.1	Objęte, z tym wyjątkiem, że R 106-1 nie odnosi się do kondensacji wilgotności ani zamierzonego położenia
1.3.2		Nie dotyczy
1.3.3		
a) E1 a) E2		
a) E3	D11 (14.2.2)	Objęte, pod warunkiem, że stosuje się impuls testowy 5, zgodnie z normą ISO 7637-2: 2004
b)	(4.1.2, 4.3.4) A.9.1, D11 (13.4), A.9.2, D11 (12.4), D11 (13.5) A.9.3 A.9.4, D11 (12.1.1) D11 (12.1.2) D11 (13.8), D11 (12.5)	Objęte pod warunkiem stosowania poziomów restrykcji określonych w OIML D11 (2004).
1.3.4	2.9.2, 4.3.7, A.8.3 / 2.9.3, 4.3.8, A.8.4, D11 (13.3) D11 (12.3) 4.3.5, A.7.1	Objęte
1.4.		
1.4.1	5.1.3.2, A.8, załącznik A	Objęte
1.4.2	4.3.3, A.8.2	Objęte, z wyjątkiem badania w stanie wilgotnego gorąca z kondensacją
2.	4.4.3, A.10	Objęte
3.		Objęte przez wszystkie inne badania

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział VI)	OIML R 106-1 wersja 1997 (E) i D11 wydanie 2004 (E)	Uwaga
4.	2.8.1.6, A.6.5.3	Objęte
5.	4.1.3, 4.4.3, A.10	Objęte
6.	3.3, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 4.1.2, 4.3.1, 4.3.4	Objęte
7.		
7.1.	2.7, 2.10, 3.2, 3.3.1	Objęte, z wyjątkiem utrudnień nieuprawnionego użycia
7.2.	3.2.	Objęte
7.3.		Nie dotyczy
7.4.		Nie dotyczy
7.5.	3.2, 3.5.2	Objęte
7.6.	3.5.1, 2.8.3.2, 2.8.1, A.11.3	Objęte, z wyjątkiem procedur sprawdzania i towarzyszącego oprogramowania
8.		
8.1.	4.3.6	Objęte
8.2.	3.3.1, 3.3.2	Objęte
8.3.		Nieobjęte
8.4.		Nieobjęte
8.5.		Nie dotyczy
9.		
9.1.	3.6.	Objęte
9.2.		Nie dotyczy
9.3.	A1	Nieobjęte
9.4.		Nie dotyczy
9.5.	2.3, 3.4.1	Objęte
9.6.		Nie dotyczy
9.7.	3.6.1, 3.6.2.1	Objęte
9.8.	3.6.5, 3.7	Objęte
10.		

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział VI)	OIML R 106-1 wersja 1997 (E) i D11 wydanie 2004 (E)	Uwaga
10.1.	3.1, 3.4.1, 3.4.2	Objęte
10.2.	2.6, 3.4.1, 3.4.2	Objęte
10.3.		Nieobjęte
10.4.		Nie dotyczy
10.5.		Nie dotyczy
11.		
11.1.	3.1, 3.4.2	Objęte
11.2.	3.1.	Nieobjęte
12.	5.	Objęte
Załącznik MI-006		
Definicje	T.1.1, T.1.2, T.1.3	Objęte
Rozdział I – Wymogi wspólne dla wszystkich rodzajów wag automatycznych		
1.	5.1.1	Objęte
1.1.	2.4 Tabela 3	Objęte
1.2.	2.9.2, 4.3.7, 2.9.3, 4.3.8	Objęte
1.3.	2.9.1	Objęte
1.4.	3.4.4, 3.6.4	Objęte
2.		
3.		
3.1.	3.1, 3.4.4, 3.4.5	Objęte
3.2.	3.1, 3.5	Objęte
3.3.	3.4.1	Objęte
3.4.	4.3.2	Objęte
3.5.	3.3.5, A.6.2, 2.8.1.2, A.6.5.1	Objęte
3.6.	3.4.3	Objęte
4.		
Rozdział VI – Wagi automatyczne wagonowe		
1.	2.1.	Objęte

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział VI)	OIML R 106-1 wersja 1997 (E) i D11 wydanie 2004 (E)	Uwaga
2.		
2.1.	2.2.1, 2.8.2	Objęte
2.2.	2.8.2.1	Objęte
2.3.	2.8.2.2	Objęte
2.4.	2.2.1	Objęte
3.	2.3.	Objęte
4.		
4.1.	2.4.	Objęte
4.2.	2.5.	Objęte
5.		
5.1.	2.2.2 (Tabela 2)	Objęte
5.2.	T.4.2.5, 4.1.2, 4.3.4, A.9	Objęte

Uwagi:

Kolumna „Uwaga” wskazuje na zgodność pomiędzy OIML R 106-1 i D 11 a odpowiednim wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE.

Określenie „Objęte” oznacza, że:

- wymóg OIML R 106-1 i D 11 jest identyczny z wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE;
- wymóg OIML R 106-1 i D 11 jest bardziej restrykcyjny niż wymóg zawarty w dyrektywie 2004/22/WE; lub
- całość wymogu OIML R 106-1 i D 11 spełnia wymogi zawarte w dyrektywie 2004/22/WE (nawet, jeśli dyrektywa 2004/22/WE dopuszcza inne możliwości);
- w przypadku gdy wymóg nie jest w pełni objęty, krótka adnotacja wyjaśnia, która część wymogu jest objęta.

Określenie „Nieobjęte” oznacza, że wymóg zawarty w dyrektywie 2004/22/WE jest bądź to niezgodny z odpowiednim wymogiem OIML R 106-1 i D 11, bądź nie został ujęty w OIML R 106-1 ani D 11.

Określenie „Nie dotyczy” oznacza, że wymogi zawarte w załączniku I do dyrektywy 2004/22/WE nie mają zastosowania do wag automatycznych wagonowych.

MI-006: Wagi przenośnikowe

w odniesieniu do:

- OIML R 50-1 wersja 1997 (E) i D 11 wydanie 2004 (E)

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział V)	OIML R 50-1 wersja 1997 (E) i D11 wydanie 2004 (E)	Uwaga
Załącznik I		
1.1.	4.1.1, 2.2.1, 2.2.3	Objęte
1.2.	4.1.2, 4.3, 4.5.2	Objęte (z wyjątkiem ciągłego i stałego pola elektromagnetycznego)
1.3.	5.1.1	Objęte
1.3.1	2.5.4.1, 4.5.1	Objęte, z wyjątkiem kondensacji wilgotności lub określonego położenia
1.3.2		Nie dotyczy
1.3.3		
a) E1 a) E2		
a) E3	D11 (14.2.2)	Objęte pod warunkiem zastosowania impulsu testowego 5 zgodnie z ISO 7637-2:2004.
b)	4.1.2 & 4.5.2 A.8.1, D11 (13.4) A.8.2, D11 (13.5), D11 (12.4) A.8.3 A.8.4, D11 (12.1.1), D11 (12.1.2) D11 (13.8), D11 (12.5)	Objęte pod warunkiem stosowania poziomów restrykcji określonych w OIML D11 (2004).
1.3.4	2.5.4.3, 4.5.5, A.7.4, 2.5.4.4, 4.5.6, A.7.5 D11 (13.3) D11 (12.3) A.9.4, 4.5.3, A.6.1.1, A.6.1.2 (T.4.9) 2.5.2, A.6.3.2 2.5.1, A.6.3.1 2.5.4.2, A.7.2	Objęte
1.4.		
1.4.1	5.1.3.4, załącznik A	Objęte
1.4.2	4.5.1, A.7.3	Objęte, z wyjątkiem badania w stanie wilgotnego gorąca z kondensacją

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział V)	OIML R 50-1 wersja 1997 (E) i D11 wydanie 2004 (E)	Uwaga
2.		Objęte przez wszystkie inne badania
3.	2.5.5.1, A.9.1, 2.6.1	Objęte
4.	2.5.5.2, A.9.2, 2.5.5.3, A.9.3, 2.6.3, A.10.2	Objęte
5.	4.1.3	Objęte
6.	3.2.1 to 3.2.6, 3.3.1, 3.4, 3.6 to 3.8, 4.1.2, 4.3	Objęte
7.		
7.1.	2.2.2, 3.1, 3.2, 3.3.6, 3.10	Objęte
7.2.	3.1.	Objęte
7.3.		Nie dotyczy
7.4.		Nie dotyczy
7.5.	3.1, 3.7, 3.8	Objęte
7.6.	5.2.1.1, A.10, A.11	Objęte, z wyjątkiem procedur sprawdzania Oprogramowanie nie zostało objęte
8.		
8.1.	3.2.6, 3.9, 4.5.4	Objęte
8.2.	3.10.	Objęte
8.3.		Nieobjęte
8.4.		Nieobjęte
8.5.		Nie dotyczy
9.		
9.1.	3.11.	Objęte
9.2.		Nie dotyczy
9.3.		Nieobjęte
9.4.		Nie dotyczy
9.5.	3.3.2, 3.3.1	Objęte
9.6.		Nie dotyczy

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział V)	OIML R 50-1 wersja 1997 (E) i D11 wydanie 2004 (E)	Uwaga
9.7.	3.11.	Objęte
9.8.	3.11.5, 3.12	Objęte
10.		
10.1.	3.3.	Objęte
10.2.	3.3.	Objęte
10.3.	3.3.1	Objęte tylko w odniesieniu do druku
10.4.		Nie dotyczy
10.5.		Nie dotyczy
11.		
11.1.	3.3.	Nieobjęte
11.2.		Nieobjęte
12.	5.	Objęte
Załącznik MI-006		
Definicje	T1.1, T.1.2, T1.3	Objęte
Rozdział I – Wymagania wspólne dla wszystkich rodzajów wag automatycznych		
1.	4.1.1, 5.1.1	Objęte
1.1.	T.4.4, 5.1.1	Objęte
1.2.	2.5.4.3, 2.5.4.4, 5.1.1	Objęte
1.3.	2.5.4.1, 5.1.1	Objęte
1.4.	2.4, 5.1.1	Objęte
2.		
3.		
3.1.	3.1, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1.1	Objęte
3.2.	3.8.	Objęte
3.3.	3.2.4, 3.3.1	Objęte
3.4.	4.4.	Objęte
3.5.	2.5.3, 2.5.5.4, 2.5.5.5, 3.5, A.6.3.3, A.6.3.4, 2.6.2, A.10.1, 2.6.3, A.10.2, 2.6.4, A.10.3	Objęte

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział V)	OIML R 50-1 wersja 1997 (E) i D11 wydanie 2004 (E)	Uwaga
3.6.	3.4.	Nieobjęte
4.		
Rozdział V – Wagi automatyczne przenośnikowe		
1.	2.1.	Objęte
2.		
2.1.	2.3, 2.4, 5.1.1	Objęte
2.2.	2.3.	Objęte
3.	2.2.1 - Tabela 1	Objęte
4.	5.1.1, 3.8.3, 3.8 (linia 4)	Objęte
5.	3.2.2	Objęte
6.		
6.1.	2.2.3	Objęte
6.2.	T.5.5	Objęte

Uwagi:

Kolumna „Uwaga” wskazuje na zgodność pomiędzy OIML R 50-1 i D 11 a odpowiednim wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE.

Określenie „Objęte” oznacza, że:

- wymóg OIML R 50-1 i D 11 jest identyczny z wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE;
- wymóg OIML R 50-1 i D 11 jest identyczny z wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE;
lub
- całość wymogu OIML R 50-1 i D 11 spełnia wymogi zawarte w dyrektywie 2004/22/WE (nawet, jeśli dyrektywa 2004/22/WE dopuszcza inne możliwości);
- w przypadku gdy wymóg nie jest w pełni objęty, krótka adnotacja wyjaśnia, która część wymogu jest objęta.

Określenie „Nieobjęte” oznacza, że wymóg zawarty w dyrektywie 2004/22/WE jest bądź to niezgodny z odpowiednim wymogiem OIML R 50-1 i D 11, bądź nie został ujęty w OIML R 50-1 ani D 11.

Określenie „Nie dotyczy” oznacza, że wymóg z załącznika I do dyrektywy 2004/22/WE nie dotyczy wag automatycznych przenośnikowych.

MI-006: Wagi automatyczne odważające

w odniesieniu do:

- OIML R 107-1, wydanie 2007 (E)

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział IV)	OIML R 107-1 wersja 2007	Uwaga
Załącznik I		
1.1.	2.2.1, 4.1.1	Objęte
1.2.	4.1.2, 4.2.1, 4.2.4	Objęte, z tym wyjątkiem ciągłego i stałego pola elektromagnetycznego
1.3.	5.1.1	Objęte
1.3.1	2.7.1.1, 4.2.3	Objęte, z wyjątkiem przypadku kondensacji wilgotności lub określonego położenia
1.3.2		Nie dotyczy
1.3.3		
a) E1 a) E2		
a) E3	A.7.4.6	Objęte pod warunkiem stosowania impulsu testowego 5, poziomu badań IV zgodnie z ISO 7637-2:2004(E)
b)	A.7.4.1, A.7.4.2, A.7.4.4, A.7.4.5.1, A.7.4.5.2, A.7.4.3	Objęte w zakresie E1 Objęte w zakresie E2, pod warunkiem stosowania poziomów restrykcji określonych w OIML D11 (2004)
1.3.4	2.7.2, 4.2.8, A.7.3.4, A.7.3.5, 4.2.5, A.5.3	Objęte pod warunkiem stosowania poziomów restrykcji określonych w OIML D11 (2004)
1.4.		
1.4.1	A.7.1, załącznik A	Objęte
1.4.2	A.7.3.3, 4.2.3	Objęte z wyjątkiem badania w stanie wilgotnego gorąca z kondensacją
2.	6.7.3, A.8	Objęte
3.	T.3.9	Objęte
4.		Objęte przez wszystkie inne badania
5.	4.1.3, 6.7.3, A.8	Objęte
6.	3.2.2 – 3.2.5, 3.4.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.4	Objęte
7.		
7.1.	2.6, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.9	Objęte

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział IV)	OIML R 107-1 wersja 2007	Uwaga
7.2.	3.1, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.7, 3.2.11	Objęte
7.3.		Nie dotyczy
7.4.		Nie dotyczy
7.5.	3.1.	Objęte
7.6.	3.7, 5.1.2.2, 5.2.2, 3.6.2	Objęte, z wyjątkiem procedur sprawdzania
8.		
8.1.	4.2.6	Objęte
8.2.	3.3.	Objęte
8.3.	3.6.	Objęte
8.4.	3.5, 3.6	Objęte
8.5.		Nie dotyczy
9.		
9.1.	3.9.	Objęte, z wyjątkiem informacji o obecności urządzeń dodatkowych
9.2.		Nie dotyczy
9.3.	3.7, 3.8, 5.1.1	Objęte
9.4.		Nie dotyczy
9.5.	2.3, 3.4.2.1	Objęte
9.6.		Nie dotyczy
9.7.	2.8, 3.9	Objęte
9.8.	3.9.4, 3.10	Objęte
10.		
10.1.	2.6, 3.4	Objęte
10.2.	2.6, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4	Objęte
10.3.		Nieobjęte
10.4.		Nie dotyczy
10.5.		Nie dotyczy

Zasadnicze wymagania w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział IV)	OIML R 107-1 wersja 2007	Uwaga
11.		
11.1.	3.4, 3.5	Objęte
11.2.	3.4, 3.5	Objęte
12.	5.	Objęte
Załącznik MI-006		
Definicje	T.1.2, T.1.4	Objęte
Rozdział I – Wymogi wspólne dla wszystkich rodzajów wag automatycznych		
1.		
1.1.	5.1.1	Objęte
1.2.	5.1.1	Objęte
1.3.	2.7.1.1	Objęte
1.4.	5.1.1	Objęte
2.		
3.		
3.1.	3.1, 3.2	Objęte
3.2.	3.2.3, 3.2.9	Objęte
3.3.	3.4.1	Objęte
3.4.	4.2.2	Objęte
3.5.	3.8.	Objęte
3.6.	3.2.5	Objęte
4.		
Rozdział IV – Wagi automatyczne odważające		
1.	2.1.	Objęte
2.	2.2.1 Tabela 1	Objęte
3.	2.4.	Objęte
4.	2.5.	Objęte
5.	3.8, 3.8.3	Objęte
6.	3.2.7	Objęte
7.	3.4.3	Objęte

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział IV)	OIML R 107-1 wersja 2007	Uwaga
8.		
8.1.	2.2.2 Tabela 2	Objęte
8.2.	T.4.5.6, 4.1.2, 4.2.4.a	Objęte

Uwagi:

Kolumna „Uwaga” wskazuje na zgodność pomiędzy OIML R 107-1 a odpowiednim wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE.

Określenie „Objęte” oznacza, że:

- wymóg OIML R 107-1 jest identyczny z wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE; lub
- wymóg OIML R 107-1 jest bardziej restrykcyjny niż wymogi zawarte w dyrektywie 2004/22/WE; lub
- całość wymogu OIML R 107-1 spełnia wymogi zawarte w dyrektywie 2004/22/WE (nawet, jeśli dyrektywa 2004/22/WE dopuszcza inne możliwości);
- w przypadku gdy wymóg nie jest w pełni objęty, krótka adnotacja wyjaśnia, która część wymogu jest objęta.

Określenie „Nieobjęte” oznacza, że wymogi zawarte w dyrektywie 2004/22/WE są bądź to niezgodne z odpowiednim wymaganiem OIML R 107-1, bądź nie zostały ujęte w OIML R 107-1.

Określenie „Nie dotyczy” oznacza, że wymóg z załącznika I do dyrektywy 2004/22/WE nie dotyczy wag automatycznych odważających.

MI-007: Taksometry

w odniesieniu do:

- OIML R 21 wersja 2007

Zasadnicze wymogi w MID	OIML R 21 wersja 2007	Uwaga
ZAŁĄCZNIK 1		
1.1	2.4.5.4; 2.5.5	Objęte
1.2	A.5.4.5	Objęte
1.3	3.5.2	Objęte
1.3.1	3.5.1; 5.1.2	Objęte
1.3.2 (a)		
M1:		Nie dotyczy
M2:		Nie dotyczy
M3:	A.5.4.4	Objęte

Zasadnicze wymogi w MID	OIML R 21 wersja 2007	Uwaga	
1.3.2 (b)		Objęte	
1.3.3 (a)			
E1		Nie dotyczy	
E2		Nie dotyczy	
E3	Pierwsze zdanie	A.5.4.3; A.5.4.5; A.5.4.6; A.5.4.7	Objęte pod warunkiem stosowania natężenia pola wynoszącego 24 V/m
	Drugie zdanie, tiret pierwsze	A.5.4.3.2.	Objęte
	Drugie zdanie, tiret drugie		Objęte pod warunkiem stosowania testu B dotyczącego stanów nieustalonych zgodnie z ISO 16750-2:2010(E).
1.3.3 (b)	Załącznik A	Objęte	
1.3.4	Załącznik A	Objęte	
1.4			
1.4.1	A.5.1	Objęte	
1.4.2	5.1.2	Objęte	
2	7.5	Objęte	
3	5.2.6	Objęte	
4		Nie dotyczy	
5	4.1	Objęte	
6	3.3	Objęte	
7			
7.1	4.2.1	Objęte	
7.2	4.1; 4.9.1	Objęte	
7.3		Nie dotyczy	
7.4		Nie dotyczy	
7.5	4.1	Objęte	
7.6	4.2.3; 4.11	Objęte, gdy procedura sprawdzania jest opisana w instrukcji obsługi	
8			
8.1	5.2.3.2	Objęte	

Zasadnicze wymogi w MID	OIML R 21 wersja 2007	Uwaga
8.2	4.2.5	Objęte
8.3	4.11.2.	Objęte
8.4	4.10	Objęte
8.5		Nie dotyczy
9		
9.1	4.12; 4.12.1	Objęte
9.2		Nie dotyczy
9.3		Nieobjęte
9.4		Nie dotyczy
9.5		Nie dotyczy
9.6		Nie dotyczy
9.7	3.4; 4.9.1	Objęte
9.8	4.12.2	Objęte
10		
10.1	4.9.1	Objęte
10.2	4.9.1	Objęte
10.3	4.9.2	Objęte
10.4	4.9.1	Objęte
10.5		Nie dotyczy
11		
11.1		Nie dotyczy
11.2		Nie dotyczy
12	4.2.3	Objęte
ZAŁĄCZNIK MI-007		
Definicje		
Taksometr	2.1.1	Objęte
Opłata	2.3.1.1	Objęte
Prędkość graniczna	2.3.1.2	Objęte
Zwykły tryb obliczania S (pojedyncze zastosowanie taryfy)	2.3.1.3.1	Objęte

Zasadnicze wymogi w MID	OIML R 21 wersja 2007	Uwaga
Zwykły tryb obliczania D (podwójne zastosowanie taryfy)	2.3.1.3.2	Objęte
Położenie pracy	2.3.3; 2.3.3.1; 2.3.3.2; 2.3.3.3	Objęte
1	3.1	Objęte
2	2.3.3.2; 2.3.3.3; 3.1	Objęte
3	4.3	Objęte
4	5.2.3; 4.2.2	Objęte
5	4.2.3; 4.2.5	Objęte
6.1	A.5.4.4	Objęte
6.2	3.5.1; 3.5.2	Objęte
7	3.2.1.1	Objęte
8		
8.1	Zobacz odpowiedź do załącznika 1 pkt 1.3.3	Objęte
8.2	5.1.3	Objęte
9	5.2.5	Objęte
10	3.1	Objęte
11	4.5.3 (b)	Objęte
12	4.5.4	Objęte
13	4.9.1	Objęte
14.1	4.2.4	Objęte
14.2	4.2.5	Objęte, jeśli obowiązuje pkt 4.2.5 i OIML R 21:2007
14.3	Zobacz odpowiedź do załącznika 1 pkt 8.3	Objęte
15.1	4.7	Objęte
15.2	4.7	Objęte
15.3	4.9.1	Objęte
16	4.8	Objęte
17	4.1; 4.14.1	Objęte

Zasadnicze wymogi w MID	OIML R 21 wersja 2007	Uwaga
18	5.2.4; 3.2.1.1	Objęte
19	4.14.1; 4.2.1	Objęte
20	4.2.1	Objęte
21	3.3	Objęte
22	3.7	Objęte
23	3.4	Objęte

Uwagi:

Kolumna „Uwaga” wskazuje na zgodność pomiędzy OIML R 21 a odpowiednim wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE.

Określenie „Objęte” oznacza, że:

- wymóg OIML R 21 jest identyczny z wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE, lub
- wymóg OIML R 21 jest bardziej restrykcyjny niż wymóg zawarty w dyrektywie 2004/22/WE, lub
- całość wymogu OIML R 21 spełnia wymogi zawarte w dyrektywie 2004/22/WE (nawet jeśli dyrektywa 2004/22/WE dopuszcza inne możliwości),
- w przypadku gdy wymóg nie jest w pełni objęty, krótka adnotacja wyjaśnia, która część wymogu jest objęta.

Określenie „Nieobjęte” oznacza, że wymóg zawarty w dyrektywie 2004/22/WE jest niezgodny z odpowiednim wymogiem OIML R 21, bądź też nie został ujęty w OIML R 21.

Określenie „Nie dotyczy” oznacza, że wymóg z załącznika I do dyrektywy 2004/22/WE nie dotyczy taksometrów.

WYKAZ NUMERÓW I TYTUŁÓW DOKUMENTÓW NORMATYWNYCH MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI METROLOGII PRAWNEJ (OIML), WYCOFANYCH PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ W 2014 R., UPRZEDNIO UZNANYCH ZA SPECYFIKACJE ZHARMONIZOWANE, GDZIE WSKAZANO TE POSTANOWIENIA, KTÓRYCH SPEŁNIENIE POZWALAŁO NA DOMNIEMANIE ZGODNOŚCI PRZYRZĄDU POMIAROWEGO Z ZASADNICZYMI WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2004/22/WE (MID) WDROŻONEJ ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI Z DNIA 18 GRUDNIA 2006 R. W SPRAWIE ZASADNICZYCH WYMAGAŃ DLA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

Publikacja odniesienia w sprawie przyrządów pomiarowych do cieczy innych niż woda (MI-005), w odniesieniu do OIML R117, wydanie 1995¹⁾, zostaje wycofana po upływie stu osiemdziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Świadectwa badania typu WE wydane na podstawie wspomnianego dokumentu normatywnego przed jego wycofaniem zachowują ważność do upływu terminu ważności bez żadnych ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu lub oddawania do użytku tego typu instrumentów.

Publikacja odniesienia w sprawie wag automatycznych dla pojedynczych ładunków (MI-006-II), w odniesieniu do OIML R51-1, wersja 2006²⁾, zostaje wycofana po upływie stu osiemdziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Świadectwa badania typu WE wydane na podstawie wspomnianego dokumentu normatywnego przed jego wycofaniem zachowują ważność do upływu terminu ważności bez żadnych ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu lub oddawania do użytku tego typu instrumentów.

Publikacja odniesienia w sprawie automatycznych grawimetrycznych urządzeń napełniających (MI-006-III), w odniesieniu do OIML R61-1, wydanie 2004³⁾, zostaje wycofana po upływie stu osiemdziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Świadectwa badania typu WE wydane na podstawie wspomnianego dokumentu normatywnego przed jego wycofaniem zachowują ważność do upływu terminu ważności bez żadnych ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu lub oddawania do użytku tego typu instrumentów.

Publikacja odniesienia w sprawie wag do nieciągłego ważenia towarów na przenośnikach (MI-006-IV), w odniesieniu do OIML R107-1, wydanie 1997⁴⁾, zostaje wycofana po upływie stu osiemdziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Świadectwa badania typu WE wydane na podstawie wspomnianego dokumentu normatywnego przed jego wycofaniem zachowują ważność do upływu terminu ważności bez żadnych ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu lub oddawania do użytku tego typu instrumentów.

Publikacja odniesienia w sprawie wag do ciągłego ważenia towarów na przenośnikach (MI-006-V), w odniesieniu do OIML R50-1, wydanie 1997⁵⁾, zostaje wycofana po upływie stu osiemdziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Świadectwa badania typu WE wydane na podstawie wspomnianego dokumentu normatywnego przed jego wycofaniem zachowują ważność do upływu terminu ważności bez żadnych ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu lub oddawania do użytku tego typu instrumentów.

¹⁾ Dz. Urz. C 269 z 04.11.2006, s. 6.

²⁾ Dz. Urz. C 269 z 04.11.2006, s. 9.

³⁾ Dz. Urz. C 269 z 04.11.2006, s. 11.

⁴⁾ Dz. Urz. C 269 z 04.11.2006, s. 14.

⁵⁾ Dz. Urz. C 269 z 04.11.2006, s. 16.

Publikacja odniesienia w sprawie wag automatycznych wagonowych (MI-006-IV), w odniesieniu do OIML R106-1, wydanie 1997⁶⁾, zostaje wycofana po upływie stu osiemdziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Świadectwa badania typu WE wydane na podstawie wspomnianego dokumentu normatywnego przed jego wycofaniem zachowują ważność do upływu terminu ważności bez żadnych ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu lub oddawania do użytku tego typu instrumentów.

Publikacja odniesienia w sprawie analizatorów spalin samochodowych (MI-010), w odniesieniu do OIML R99, wydanie 2000⁷⁾, zostaje wycofana po upływie stu osiemdziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Świadectwa badania typu WE wydane na podstawie wspomnianego dokumentu normatywnego przed jego wycofaniem zachowują ważność do upływu terminu ważności bez żadnych ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu lub oddawania do użytku tego typu instrumentów.

Publikacja odniesienia w sprawie gazomierzy (MI-002), w odniesieniu do OIML R137-1, wydanie 2006⁸⁾, zostaje wycofana po upływie stu osiemdziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Świadectwa badania typu WE wydane na podstawie wspomnianego dokumentu normatywnego przed jego wycofaniem zachowują ważność do upływu terminu ważności bez żadnych ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu lub oddawania do użytku tego typu instrumentów.

Publikacja odniesienia w sprawie taksometrów (MI-007), w odniesieniu do OIML R21, wersja 2007⁹⁾, zostaje wycofana po upływie stu osiemdziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Świadectwa badania typu WE wydane na podstawie wspomnianego dokumentu normatywnego przed jego wycofaniem zachowują ważność do upływu terminu ważności bez żadnych ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu lub oddawania do użytku tego typu instrumentów.

⁶⁾ Dz. Urz. C 269 z 04.11.2006, s. 19.

⁷⁾ Dz. Urz. C 269 z 04.11.2006, s. 27.

⁸⁾ Dz. Urz. C 268 z 10.11.2009, s. 1.

⁹⁾ Dz. Urz. C 268 z 10.11.2009, s. 1.